



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Estância Climática de Campos Novos Paulista
Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista
Pregão Eletrônico - 42/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/11/2021 08:57	19/11/2021 08:00	26/11/2021 08:00	01/12/2021 08:00	01/12/2021 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/11/2021 - 15:59	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ITEM 01	29/11/2021 - 10:53	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: RH_009706.pdf

Segue anexo pedido de impugnação

CONCLUSÃO

Entendemos que a os apontamentos e solicitações de alterações descaracterizam o equipamento e comprometem a funcionalidade, qualidade técnica do equipamento, qualidade de imagem e dos serviços radiológicos esperados, considerando que a maioria delas sugerem a redução da capacidade de operacionalização do equipamento. O município de Campos Novos Paulista, seguindo a particularidade da maioria das fabricas pesquisadas no mercado brasileiro, definiu a caracterização do equipamento assegurando o direito de isonomia entre os licitantes, garantindo eficiência e qualidade na aquisição do produto.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/11/2021 - 15:32	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS	26/11/2021 - 16:46

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA SP, DE ACORDO COM A PORTARIA GM / MS No 2.010, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2021, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva.

Handwritten marks and signature in the bottom right corner.



Handwritten signature



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SIEMENS

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

- 1) O descritivo: FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR)
A Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista pretende adquirir um equipamento onde o operador tenha controle total da seleção da corrente.
- 2) Solicita o descritivo: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO
Seguindo a particularidade da maioria das fabricas pesquisadas no mercado brasileiro, optamos por adquirir um equipamento com seleção automática dos focos fino ou grosso
- 3) Solicita o descritivo: TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR)
Entendemos que com o menor tempo de exposição, melhor será o atendimento prestado aos pacientes, principalmente se tratando de RN e Pediatria.
- 4) Solicita o descritivo: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS
Informamos que a rede elétrica que nos é fornecida pela cia elétrica da cidade é 220VOLTS trifásico.
- 5) Solicita o descritivo: TAMPO HOMOGENEO RADIOTRANSARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 250 KG OU SUPERIOR
Conforme pesquisa de mercado, consideramos que a capacidade de carga mínima de 250 kg atenderá a demanda clínica do nosso município
- 6) Solicita o descritivo: DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO MÍNIMO DE 40 CM
Pesquisando os equipamentos fabricados no Brasil, verificamos que muitos possuem deslocamento longitudinal do tampo superior a 280 mm, portanto vamos manter como deslocamento longitudinal do tampo mínimo de 40 cm
- 7) Solicita o descritivo: DISTANCIA FOCAL 100 A 180 CM
De cordo Foco variável de 100 a 180 cm na Mesa como um opcional.
- 8) Solicita o descritivo: BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS
De acordo que sejam considerados aqueles equipamentos que apresentarem centralização manual de chassi.
- 9) Solicita o descritivo: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS
Consideramos o deslocamento mínimo de 280 cm para realização de exames considerando pacientes com deficiência de mobilidade, pois distância inferior acarretará dificuldades para realização de exames para esse público.
- 10) Solicita o descritivo: GIRO DA COLUNA DE -180°/+180°
Tendo em vista um trilho mínimo de 280 cm que será entregue pela empresa vencedora, haverá necessidade de uma estativa rotativa, pois com trilho mais comprido e estativa rotativa atenderemos toda nossa população
- 11) Solicita o descritivo: BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130 CM;
De acordo com equipamentos com deslocamento vertical mínimo de 122 cm
- 12) Solicita o descritivo: ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°
O conjunto colimador fixo, sem rotação, não atende nossa necessidade, considerando que pretendemos realizar todos os tipos de posicionamento.
- 13) Solicita o descritivo: BANDEJA POSSIBILITANDO A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM EM AMBAS AS DIREÇÕES
A entrada de chassis em ambas as direções se faz necessária para que não tenhamos problemas futuros quando o equipamento for instalado, considerando que ainda não temos projeto arquitetônico da sala finalizado.
- 14) Solicita o descritivo: DETECTOR: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35X43 CENTÍMETROS
Entendemos que as dimensões para detector 35 x 43 se encontram num tamanho mínimo, considerando que alguns fabricantes possuem medidas superiores, como 43 x 43.
- 15) Solicita o descritivo: INCLUSO TAMBÉM UMA SEGUNDA ESTAÇÃO DE TRABALHO COMO SERVIDOR DE IMAGENS PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS, COM ATE 10 ACESSOS SIMULTANEOS OU MAIOR, ACOMPANHA SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, CPU PROCESSADOR MÍNIMO CORE I5 OU SUPERIOR, MÍNIMO 8GB RAM E MÍNIMO 1TB DE HD, MONITOR, TECLADO E MOUSE.
Consideramos que para um sistema de armazenamento a capacidade básica deva ser de 1 terabyte
- 16) Solicita o descritivo: EQUIPAMENTO DIGITAL DE FÁBRICA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS COM PLACAS DETECTORES DIVERSAS
A proposta deste certame é adquirir um equipamento integrado, com registro único, comandado por um único painel.

2. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

- 1) Solicita a convocação: 3.1- 40 (quarenta) dias após a assinatura do respectivo contrato
De acordo com alteração de prazo para 90 dias a contar com a data do recebimento da NE ou documento equivalente
- 2) 3. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA: O edital solicita: 8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.
De acordo com substituição pelo registro ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação anexados aos manuais e catálogos técnicos

3) 4. QUANTO À CONDIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA: Solicita a convocação: 7.3 - O objeto
24/11/2021 - 10:22 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O DESCRITIVO (ITEM 01)

25/11/2021 - 13:14

A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, tem interesse em participar do certame referente a aquisição de um aparelho fixo para radiologia, conforme consta no Termo de Referência anexo ITEM 1 do edital.
Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que este edital prevê no descritivo técnico as seguintes informações:
"DEVERÁ TER PROFUNDIDADE DE IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 16 BITS";
"DEVERÁ TER PROFUNDIDADE DE IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS";
Ressalta-se, gostaríamos de esclarecer se poderá ser aceito placas possuindo no mínimo 14 bits, ou seja, "DEVERÁ TER PROFUNDIDADE DE IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS"; tendo em vista que não alterará o objeto do presente edital, não interferirá no bom andamento dos exames, e ainda aumentará a participação dos fornecedores, trazendo maior competitividade no certame.
Sendo assim, pedimos esclarecimentos a este D. Edital, pela viabilidade de participação de empresas, tendo em vista que o peso máximo solicitado limita a participação de diversas empresas, não resguardando a ampla concorrência nos termos Artigo 3º, PAR 1º inciso I da Lei 8.666/93.
Diante do exposto, caso seja analisado e respondido este pedido de esclarecimento, a subscrevente ficará grata e garante que será entregue um equipamento de qualidade e com um preço acessível, se fomos vencedores do certame.
Desde já agradecemos a atenção.

Esclarecemos que a resolução mínima de 16 bits foi considerada como mediana e ideal para o serviço de imagem de qualidade que o município pretende prestar à população. Entendemos que diminuir a resolução trará prejuízos, considerando que quanto menor o bit, menor a qualidade da imagem. Consideramos que manter a resolução de 16 bits descrita no Edital atenderá nossa necessidade e não interferirá na competitividade no certame.
Sem mais para o momento, fico a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessário.
Miriam Borges

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	-----------	---------	----------



Handwritten signature and initials in blue ink.



0001

APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: GERADOR DE RAIOS-X TIPO ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA 100 KHZ OU SUPERIOR, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE 40 KV (OU MENOR) A 130KV (OU MAIOR) - COM PASSOS DE 1KV; FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR); SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO DE 0,60 MAS (OU MENOR) A 500 MAS (OU MAIOR); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS. MESA DE EXAMES COM TAM

281.766,66

1,00

- UND

Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/11/2021	EDITAL 42-21
18/11/2021	MAPA RAIOS X.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/12/2021 - 09:35	Negociação aberta para o processo 42/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 42/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2021 - 09:36	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/12/2021 às 13:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: GERADOR DE RAIOS-X TIPO ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA 100 KHZ OU SUPERIOR, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE 40 KV (OU MENOR) A 130KV (OU MAIOR) - COM PASSOS DE 1KV; FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR); SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO DE 0,60 MAS (OU MENOR) A 500 MAS (OU MAIOR); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS. MESA DE EXAMES COM TAM	Lotus Indústria e Comercio Ltda	HF630M DR DIGITAL	MARCA PROPRIA	221.900,00	1,00	221.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Página 3 de 8



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/12/2021 às 08:32:30.
Código verificador: 1AD525



Handwritten signature and checkmark

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: GERADOR DE RAIOS-X TIPO ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA 100 KHZ OU SUPERIOR, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE 40 KV (OU MENOR) A 130KV (OU MAIOR) - COM PASSOS DE 1KV; FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR); SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO DE 0,60 MAS (OU MENOR) A 500 MAS (OU MAIOR) ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS. MESA DE EXAMES COM TAM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	30/11/2021 - 17:58:15	CONJUNTO HF 630M + PLACA	LOTUS	1,00	400.000,00	400.000,00	123/2006 Não
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	30/11/2021 - 15:18:53	APOLO D	VMI TECNOLOGIAS	1,00	315.000,00	315.000,00	Não
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	01/12/2021 - 07:41:40	HF630M DR DIGITAL	MARCA PROPRIA	1,00	280.000,00	280.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	60 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	60 dias
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	60 dias

Lances Enviados

0001 - APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: GERADOR DE RAIOS-X TIPO ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA 100 KHZ OU SUPERIOR, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE 40 KV (OU MENOR) A 130KV (OU MAIOR) - COM PASSOS DE 1KV; FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR); SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO DE 0,60 MAS (OU MENOR) A 500 MAS (OU MAIOR) ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS. MESA DE EXAMES COM TAM

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/11/2021 - 15:18:53	315.000,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
30/11/2021 - 17:58:15	400.000,00 (proposta)	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 07:41:40	280.000,00 (proposta)	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:17:59	277.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:20:31	274.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:21:06	271.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:21:35	268.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:22:45	265.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:23:10	262.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido



Handwritten signature and initials.



01/12/2021 - 09:23:52	259.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:24:11	256.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:24:45	253.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:25:00	250.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:26:16	247.500,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - 01/12/2021 09:28:18
01/12/2021 - 09:26:34	244.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:26:58	241.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:27:14	238.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:27:54	235.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:29:54	232.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:30:29	229.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:31:58	225.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
01/12/2021 - 09:32:23	222.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido
01/12/2021 - 09:56:33	221.900,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:21	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	01/01/2000	-	RG
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:21	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	-	-	-	CPF
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:22	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	29/11/2021	-	CNPJ
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:23	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	26/11/2021	25/01/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:23	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	29/11/2021	18/12/2021	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:24	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	05/10/2021	02/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:26	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	11/11/2021	13/11/2021	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:26	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	01/01/2000	-	Contrato Social
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:26	PEDRO PAULO PISTELLI	-	pr	19/10/2021	17/01/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:28	PEDRO PAULO PISTELLI	-	pr	06/08/2021	02/02/2022	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:29	PEDRO PAULO PISTELLI	-	pr	01/01/2000	01/01/2050	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:30	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	29/11/2021	-	CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:32	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	17/06/2019	01/01/2050	PROCURAÇÃO
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:33	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	30/11/2021	30/12/2021	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:34	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	29/11/2021	29/12/2021	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP



Handwritten signature and initials.



Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:44	PEDRO PAULO PISTELLI	02.799.882/0001-22	pr	30/11/2021	30/12/2022	Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU
Lotus Industria e Comercio Ltda	30/11/2021 - 15:46	PEDRO PAULO PISTELLI	-	pr	30/11/2021	-	9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:54	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	01/01/2050	ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:54	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE COMUNICAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:55	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:55	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:55	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:56	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:56	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO X - INFORMAÇÕES SOBRE REPRESENTANTE DA LICITANTE PELA ASSINATURA DE AJUSTE
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:56	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
Lotus Industria e Comercio Ltda	01/12/2021 - 07:56	PEDRO PAULO PISTELLI	-	-	30/11/2021	-	ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/12/2021 - 14:00	06/12/2021 - 18:00	09/12/2021 - 18:00

0001 - APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL - MÍNIMO DE 600 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: GERADOR DE RAIOS-X TIPO ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA 100 KHZ OU SUPERIOR, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE 40 KV (OU MENOR) A 130KV (OU MAIOR) - COM PASSOS DE 1KV; FAIXAS DE AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 MA (OU MENOR) A 600 MA (OU MAIOR); SELEÇÃO AUTOMÁTICA DOS FOCOS FINO OU GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE MÍNIMO 0,005 (OU MENOR) A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO DE 0,60 MAS (OU MENOR) A 500 MAS



Handwritten blue checkmark and signature.



(OU MAIOR) ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA COM POSSIBILIDADES DE 220VOLTS OU 380VOLTS. MESA DE EXAMES COM TAM

Intenções de Recurso


CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	01/12/2021 - 13:36:32	Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorremos na nossa peça recursal.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
01/12/2021 - 09:02:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/12/2021 - 09:17:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/12/2021 - 09:17:07	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/12/2021 - 09:17:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/12/2021 - 09:17:07	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/12/2021 - 09:17:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/12/2021 - 09:26:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 247.500,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/12/2021 - 09:28:17	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 247.500,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
01/12/2021 - 09:34:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/12/2021 - 09:35:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Lotus Industria e Comercio Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 222.000,00.
01/12/2021 - 09:35:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
01/12/2021 - 09:36:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/12/2021 às 13:00.
01/12/2021 - 09:56:33	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 221.900,00.
01/12/2021 - 12:33:38	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2021 - 13:12:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda.
01/12/2021 - 13:12:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 01/12/2021 às 14:00.
01/12/2021 - 13:36:32	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/12/2021 - 14:11:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/12/2021 - 14:11:54	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorremos na nossa peça recursal.
01/12/2021 - 14:16:45	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 06/12/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 09/12/2021 às 18:00.
10/12/2021 - 08:25:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/12/2021 - 08:25:24	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Silvio José Goffredo.
16/12/2021 - 08:31:17	Sistema	O item 0001 foi homologado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.



 Silvio José Goffredo
 Pregoeiro



 ADRIANA APARECIDA RAIMUNDO RONDINI
 Apoio



Vanessa Taiza Alvim

VANESSA TAIZA ALVIM

Apoio



[Handwritten mark]